

Andrespol dnia 20.09.2016r.

**Gminna Przychodnia Zdrowia
w Andrespolu
ul. Rokicińska 125
95-020 Andrespol**

Dotyczy postępowania pn.: „**Zakup i dostawa aparatury okulistycznej do poradni okulistycznej Gminnej Przychodni Zdrowia**”, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści standardowe oprawki szkieł próbnych na 5 szkieł - wg opisu:

- Pełna regulacja podstawy nosa
- Regulacja długości zauszniaków
- Regulacja rozstawu źrenic
- Obrót cylindra
- Możliwość jednoczesnego zainstalowania 5 szkieł próbnych na jedno oko
- Zakres PD-48-80mm
- Wymienny „nosek” w kpl.
- Bardzo lekka konstrukcja

Oprawki próbne uniwersalne oznakowane są znakiem CE.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści standardowe oprawki szkieł próbnych na 5 szkieł, jeśli są lekkie na tyle, że można je stosować u dzieci.