

Andrespol dnia 22.11.2016r.

**Gminna Przychodnia Zdrowia
w Andrespolu
ul. Rokicińska 125
95-020 Andrespol**

Dotyczy postępowania pn.: „**Zakup i dostawa sprzętu okulistycznego do poradni okulistycznej Gminnej Przychodni Zdrowia**”, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści pachymetr o następujących parametrach:

- kolorowy, obrotowy wyświetlacz LCD
- przenośny pachymetr okulistyczny typu Pen
- zasilany akumulatorowo
- mała waga, tylko 100 g
- szeroki zakres pomiarowy: 200 – 1000 um z dokładnością +/- 5um i rozdzielczością 1 um
- szybki i łatwy pomiar
- stacjonarna ładowarka
- ergonomiczna konstrukcja
- podawane parametry grubość rogówki, odchylenie standardowe, wartość korekcji ciśnienia wewnątrzgałkowego

Odpowiedź:

Pachymetr musi mieć możliwość wydrukowania wyniku, a więc najlepiej gdyby był w komplecie z drukarką, jeśli pachymetr typu Pen ma drukarkę to Zamawiający dopuści taki sprzęt.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści perymetr z podświetleniem czaszy:

Białym 10asb (3.2 cd/m²) dla bodźca zielonego i czerwonego

Białym 31.5asb (10 cd/m²) dla bodźca białego

Żółtym 100 cd/m² dla bodźca niebieskiego

Z automatyczną regulacją jasności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści perymetr z podświetleniem czaszy:

Białym 10asb (3.2 cd/m²) dla bodźca zielonego i czerwonego

Białym 31.5asb (10 cd/m²) dla bodźca białego

Żółtym 100 cd/m² dla bodźca niebieskiego

Z automatyczną regulacją jasności